

	<p>Objekt: Bedienungsanleitung für Diluter LD 2 der Firma Dr. Lange</p> <p>Museum: Freilichtmuseum Roscheider Hof Roscheider Hof 54329 Konz 06501-92710 info@RoscheiderHof.de</p> <p>Sammlung: Druckerzeugnisse, Messinstrumente</p> <p>Inventarnummer: NORE 3013</p>
--	---

## Beschreibung

Verdünnungs- und Dosiergerät für die Vorbereitung flammenphotometrischer Analysen. Das beschriebene Gerät wird in der Mikrobiologie und chemischen Analytik eingesetzt. Im Gerät befindet sich eine Pumpe zum Ansaugen des Probenmaterials und eine zweite Pumpe zur Dosierung der Verdünnungslösung. Eine Lösung wird mittels eines Zersteubers in eine Flamme geleitet und danach die Verfärbung gemessen.

Die in deutscher Sprache verfasste Betriebsanleitung für den Dilutert LD 2 besteht aus 8 Seiten im DIN A 5 hoch Format. Beschrieben werden darin die Ausstattung des Gerätes, die Funktionsweise und der Betrieb. Außerdem beinhaltet die Broschüre Hinweise zur Aufstellung und zum Anschluß sowie eine Übersicht zu den technischen Daten. Es befinden sich 2 identische Exemplare der Bedienungsanleitung im Besitz des Freilichtmuseums Roscheider Hof.

## Grunddaten

Material/Technik: Papier / Schwarz-Weiß-Druck  
Maße: DIN A5

## Ereignisse

Hergestellt wann 1970er Jahre  
wer Dr. Lange (Firma)  
wo Berlin

## Schlagworte

- Analyse
- Bedienungsanleitung
- Dosierpumpe
- Gebrauchsanleitung
- Medizintechnik
- Messinstrument
- Probe
- Verdüner